仕　様　書

仕様書番号：023

部署・部屋名	放射線治療室
調達機器名	ﾌｧﾝﾄﾑ
調達数量	１式

１．機器の構成（１式の構成）

１－１　IGRT用QAﾌｧﾝﾄﾑ　　１式

１－２　取扱説明書　　１部

２．構成品の仕様

２－１　IGRT用QAﾌｧﾝﾄﾑ

・外形寸法：W160×D160×H160mm程度

・重量　　：5kg以下

・材質　　：ｱｸﾘﾙ製

・QA項目　：3Dｺﾝﾋﾞｰﾑﾚｼﾞｽﾄﾚｰｼｮﾝ、kVおよびMVｼｽﾃﾑ一致性、
kVおよびMV投影画像、kVおよびMV画像のｽｹｰﾘﾝｸﾞ、
ﾚｰｻﾞｰ・光照射野ﾁｪｯｸ

・MVｲﾒｰｼﾞでのIGRTの品質管理ができるﾌｧﾝﾄﾑであること

・ﾌｧﾝﾄﾑ内部に直径0.8cmから1.2cmまでの空洞の球体ﾏｰｶｰが5個入っていること

・ﾊﾞﾌﾞﾙ水準器が内蔵されていること